

2019年 3月 4日

分析報告書

水素ビジョンプラス合同会社 殿



株式会社クレハ分析センター

〒974-8232 福島県いわき市錦町落合 16 番地
TEL(0246)62-6166 FAX(0246)62-6163

2月12日付でご依頼の測定、分析に対する結果を下記の通りご報告申し上げます。

記

依頼件名：H2-Healer 発生ガス組成分析

- 1. 試料受取年月日：2019年2月21日
- 2. 試料名：水素ガス発生機のガス
カニューレ なし、あり
- 3. 試料数：2検体

4. 分析結果

試料名/分析項目	水素 (%)
カニューレ なし	51.0
カニューレ あり	49.6
定量下限値	0.01

*ガス量 (参考値)

試料名	ガス量 (ml/min)
差込口	8
カニューレ	8

5. 分析方法

ガスクロマトグラフ法(TCD)一点検量線法により分析いたしました。

6. 添付資料 存 (枚) ・ 無

備考	営業担当		分析担当		
	部長	担当	部長	室長	担当

※本件につきご質問などがございましたら、営業担当までお問い合わせください。KSLC06 141201